



Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Název subjektu: synlab czech s.r.o.

Název objektu: Laboratoř Ledeč nad Sázavou, Habrecká 450

Číslo akreditovaného objektu: 8269

Osvědčení o akreditaci č.: 123/2024

Oblast akreditace: Zdravotnická laboratoř - ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013

Aktualizováno dne: 14. 3. 2024

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
801 - Klinická biochemie					
1.	Minerály	Potenciometrie	SOP A.LnS 02, verze 05; SOP A.LnS 03, verze 05; SOP A.LnS 04, verze 05; Architect c4000	Sérum	A, B, C
2.	Nebílkovinné dusíkaté látky	Absorpční spektrometrie	SOP A.LnS 11, verze 06; SOP A.LnS 12, verze 06; SOP A.LnS 13, verze 06; Architect c4000	Sérum	A, B, C
3.	Enzymy	Absorpční spektrometrie	SOP A.LnS 06, verze 05; SOP A.LnS 07 verze 05; SOP A.LnS 08, verze 07; SOP A.LnS 09, verze 06; Architect c4000	Sérum	A, B, C
4.	Lipidy	Absorpční spektrometrie	SOP A.LnS 14, verze 06; SOP A.LnS 15 verze 06; SOP A.LnS 16, verze 05; SOP A.LnS 17, verze 05; Architect c4000	Sérum	A, B, C
5.	Glukóza	Absorpční spektrometrie	SOP A.LnS 10, verze 05; Architect c4000	Sérum	A, B, D
6.	Barviva	Absorpční spektrometrie	SOP A.LnS 05, verze 07; Architect c4000	Sérum	A, B, C

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Upřesnění rozsahu akreditace:

Odbornost / poř. číslo	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace
801/1	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻
801/2	Urea, Kreatinin, Kyselina močová
801/3	Alaninaminotransferáza (ALT), Aspartátaminotransferáza (AST), Gamaglutamyltransferáza (GGT), Alkalická fosfatáza (ALP)
801/4	Celkový cholesterol, Triacylglyceroly (TAG), HDL-cholesterol, LDL-cholesterol
801/6	Bilirubin

Odběr primárních vzorků:

Poř. číslo	Technika odběru	Identifikace postupu odběru	Odebíraný materiál	Stupně volnosti ¹
1.	Venepunkce	SOP A.LnS 01, verze 06	Žilní krev	A
2.	Odběr z prstu	SOP A.LnS 01, verze 06	Kapilární krev	A

Vysvětlivky:

¹ Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-...:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.